

6. CONCLUSÕES

6 – CONCLUSÕES

1 - O presente estudo, com pacientes diabéticos, vem demonstrar a eficiência do método de avaliação clínica da sensibilidade com os monofilamentos de Semmes-Weinstein.

2 — Fica demonstrado a sua confiabilidade como instrumento de avaliação da neuropatia diabética. Isto ficou comprovado no presente trabalho através do estudo comparativo feito com o método eletrofisiológico, um procedimento objetivo, de constante aplicação clínica e amplamente sedimentado quanto à qualidade de seus resultados. Os dados obtidos através do exame com os monofilamentos demonstraram apresentar parâmetros de avaliação igualmente significativos, atingindo assim o primeiro objetivo proposto.

3 - Constatamos a estreita relação entre as alterações encontradas nos pés dos pacientes diabéticos que apresentavam neuropatia com os diferentes graus de perda de sensibilidade, aferidos através dos monofilamentos, propiciando confiável estadiamento da evolução da patologia, alcançando assim o outro objetivo a que se propôs o presente trabalho.

4 - Estas constatações autorizaram concluir serem os monofilamentos de Semmes-Weinstein um instrumento confiável de avaliação de pacientes diabéticos, o que aliado à sua praticidade de aplicação e baixo custo operacional o credencia para ser utilizado em programas de prevenção e controle da enfermidade.